

Processo Seletivo 2021	CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE “MESA CIRÚRGICA RADIOTRASPARENTE”
------------------------------	---

Luziânia-GO, 18 de novembro 2021.

Gostaríamos de convidá-los à submeter suas propostas técnicas e comerciais, para o processo seletivo emergencial do Hospital de Campanha, implantado nas dependências do Hospital Estadual de Luziânia, tendo em vista que, o IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, assumiu, em caráter de emergência, o gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades do **Hospital Estadual de Luziânia (HEL)**, localizado na Avenida Alfredo Nasser, s/n - Parque Estrela D'alva VII, Luziânia - GO, CEP: 72.820-200, para atendimento em regime de 24 horas por dia, 07 dias por semana, ininterruptamente, segue nossa solicitação formal.

Diante desse cenário, solicitamos o envio de uma proposta para aquisição de **01 (um)** equipamento de “**MESA CIRÚRGICA RADIOTRASPARENTE**”,

1. Escopo Técnico para “**MESA CIRÚRGICA RADIOTRASPARENTE**”: Cf. Anexo I

Aguardamos o envio da Proposta Técnica e Comercial, nos termos acima dispostos, **em caráter de urgência**, devidamente assinada pelo Representante Legal.

Atenciosamente,

Processo Seletivo Luziânia

processo.seletivo@hospital-luziania.org.br

ALEXANDRE KOSLOVSKY
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE KOSLOVSKY
SOARES:25991325847

Hospital Estadual de Luziânia (HEL)

HCamp – Hospital Estadual de Luziânia - LUZIÂNIA
Avenida Alfredo Nasser, s/n - Parque Estrela D'alva VII, Luziânia - GO, CEP: 72.820-200

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: Aquisição de MESA CIRÚRGICA RADIOTRANSARENTE

A FORNECEDORA deverá fornecer o equipamento considerando os itens abaixo e na melhor das situações adequando-os às características de seu equipamento e considerações.

- Em formato tipo “T” ou Retangular, chapa de aço 1020, com acabamento em pintura epóxi. Seu sistema de fixação e movimentação deverá ser realizado através de rodízios e pés retráteis. Sua carenagem deverá ser confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou ABS. Deverá possuir um sistema de engate rápido e manípulos permitindo acoplamento de acessórios para tração ortopédica.
- Coluna
 - Deve ser confeccionada com sistema de guias lineares. Isso garantirá ao sistema de colunas, isenção de folgas durante toda a vida útil do equipamento, ter baixíssimos índices de manutenção e ser isenta de vibração durante a realização do movimento. Também podendo ser confeccionada e formada por quatro colunas guias.
- Chassi
 - Deve ser confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural, possuir acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável AISI 304. Deve conter Régua Laterais para colocação de acessórios fabricadas em aço inoxidável AISI 304.
- Tampo
 - Radiotransparente dividido em 5 seções, sendo elas: cabeça, apoio dorso, renal, assento e pernas bipartidas;
 - Podendo ser constituído em Fibra de Carbono ou Fenolite com colchonetes em Visco Elástico Anti Estático. ou em PU (Poliuretano) Injetado Removível, totalmente radiotransparente ao Raio X;

- Dimensões do tampo
 - Comprimento: 1760 mm a 2500 mm;
 - Largura: 500 mm a 720 mm; e
 - Altura: de 580 mm a 1200 mm (* Essas medidas poderão variar dependendo dos acessórios acoplados e configuração de montagem da Mesa Cirúrgica).

- Comandos
 - Controles
 - Deve possuir controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento e painel fixo, controle integrado à coluna de elevação da mesa cirúrgica.

 -

- Capacidade de Carga
 - Deverá possuir capacidade de carga até 220 Kg na posição normal de uso da Mesa.

- Movimentos
 - Deverá ser acionado por controle remoto com ou sem fio e sistema adicional que permita os acionamentos sem o uso do controle remoto;
 - Elevação e Regresso do Tampo; Trendelemburg e Reverso Trendelemburg; Elevação e Regresso do Dorso; Lateral Esquerda e Direita; Rotação de Perneiras; e Inversão de Perneiras com Cabeceira;
 - Deslizamento Longitudinal;
 - Dorso: 15° até 85°;
 - Lateral Esquerdo: até 25°;
 - Lateral Direito: até 25°;
 - Trendelemburg: até 35°;
 - Reverso Trendelemburg: até 35°;
 - Perneiras: 10° até -90°; e

- Cabeceira: 10° até -90°.
- Deslizamento Longitudinal: 250 mm sentido cabeça / 250 mm sentido perneiras.
- Bateria – Deverá possuir bateria interna recarregável para executar as movimentações em caso de falta de energia.
- Tensão elétrica: 100-240 Vc.a. Bivolt Automático.
- Frequência: 50/60 Hz 2,5 A.
- Proteção – deverá possuir grau de proteção mínimo - IP 54 e sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas.
- Acessórios mínimos que deverão acompanhar o equipamento:
 - 01 arco de narcose;
 - 01 suporte para renal;
 - 01 par de suportes de braço;
 - 01 par de porta-coxa;
 - 01 par de suportes laterais;
 - 01 par de ombreiras; e
 - 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano.

DEMAIS CONDIÇÕES COMERCIAIS

- Garantia – . A FORNECEDORA deverá fornecer o equipamento considerando uma garantia mínima de 24 meses, contados a partir do funcionamento do equipamento.
- Instalação - A FORNECEDORA deverá fornecer o equipamento considerando sua instalação, devendo informar antecipadamente as condições estruturais mínimas adequadas.

- Transporte - A FORNECEDORA deverá fornecer o equipamento considerando o transporte até as instalações do Hospital Estadual de Luziânia (HEL), localizado na Avenida Alfredo Nasser, s/n - Parque Estrela D'alva VII, Luziânia - GO, CEP: 72.820-200.
- Prazo de entrega - A FORNECEDORA deverá fornecer o equipamento considerando o melhor prazo de entrega no destino acima mencionado.
- Preço do Equipamento - A FORNECEDORA deverá fornecer o preço do equipamento considerando, incluir as despesas, taxas, e demais impostos devidos na importação e no faturamento, bem como, a despesa de frete e seguro relativo ao transporte interno do equipamento destino final, o **Hospital Estadual de Luziânia (HEL)**

Processo Seletivo 2022	AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DEPROPOSTA PARA FONECIMENTO DE “MESA CIRÚRGICA RADIOTRASPARENTE”
------------------------------	--

Luziânia-GO, 17 de março de 2022.

O IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento torna público aos interessados no Processo Seletivo, cujo objeto é a aquisição de **01 (um)** equipamento **“MESA CIRÚRGICA RADIOTRASPARENTE”** para fins de suporte as atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao **Hospital Estadual de Luziânia (HEL)**, que, após a fase de apresentação e análise técnica e financeira das propostas, foi declarado o seguinte:

1. Contratação homologada para a empresa: INOVAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALAR, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.302.007/0001-68, que foi a primeira colocada com a proposta de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.743.288/0001-08, foi a segunda colocada com a proposta de R\$ 84.329,80 (oitenta e quatro mil trezentos e vinte e nove reais oitenta centavos).

A empresa HB HOSPITALAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o 58.344.359/0001-66, foi a terceira colocada com a proposta de R\$ 97.270,00 (noventa e sete mil duzentos e setenta reais).

ALEXANDRE KOSLOVSKY
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE KOSLOVSKY
SOARES:25991325847

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento